



Dossier d'information Europharmat

DISPOSITIF MEDICAL

Intitulé du Dispositif médical	Cathéter auto-adhésif pour homme UltraFlex™ 62ULTRAFLEX
N° de lot de l'appel d'offres	

Remarque : Selon le dispositif médical (DM) concerné, ce dossier concernera une référence, un type ou une famille de DM

1. Renseignements administratifs concernant l'entreprise		<i>Date de mise à jour : 11/04/2023</i> <i>Date d'édition : 28/04/2016</i>
1.1	Nom :	BECTON DICKINSON France SAS
1.2	Adresse complète :	11, rue Aristide Bergès ZI des Iles - BP4 38801 Le Pont de Claix Cedex Tél : 04 76 68 36 36 Fax : 04 76 68 34 95 E-mail : NA Site internet : www.bd.com/fr
1.3	Coordonnées du correspondant matériovigilance :	HEIDI DE BACKER Manager Post Market Quality Tél : +32 14285930 Fax : 01 39 30 58 22 Email : emea_productcomplaints@bd.com

2. Informations sur dispositif ou équipement	
2.1	Dénomination commune : Cathéter externe auto-adhésif pour homme
2.2	Dénomination commerciale : Cathéter externe auto-adhésif pour homme ULTRAFLEX™
2.3	Code Cladimed : G54AA01 (Code GMDN : 34929)
2.4	Code LPPR* (ex TIPS si applicable) : 6118458 * « liste des produits et prestations remboursables » inscrits sur la liste prévue à l'article L 165-1
2.5	Classe du DM : I, non stérile non mesurable, selon la règle 1 de l'Annexe VIII Directive/Règlement de l'UE applicable : Règlement (EU) 2017/745 Numéro de l'organisme notifié : Auto-certification Date de première mise sur le marché dans l'UE : juillet 2014 Fabricant du DM : C.R. Bard, Inc 8195 Industrial Boulevard Covington Georgia 30014 Etats-Unis Mandataire européen : BD Ireland Ltd Donore Road Drogheda, Co. Louth

Dossier d'information Europharmat

DISPOSITIF MEDICAL

	A92 YW26 IRELAND																																		
2.6	<p>Descriptif du dispositif (avec photo, schéma, dimensions, volume, ...) :</p> <p>Le cathéter est un cathéter externe autocollant pour homme, conçu pour maîtriser l'incontinence urinaire.</p> <p>Trousse : Non</p>																																		
2.7	<p>Références Catalogue : peut être relié au point 8 : selon fiche technique</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Référence</th> <th>Taille</th> <th>Diamètre (mm)</th> <th>Longueur max (mm)</th> <th>Longueur de l'adhésif (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33301</td> <td>small</td> <td>25</td> <td>80</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>33302</td> <td>medium</td> <td>29</td> <td>80</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>33303</td> <td>intermédiaire</td> <td>32</td> <td>80</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>33304</td> <td>large</td> <td>36</td> <td>80</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>33305</td> <td>X-large</td> <td>41</td> <td>80</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table> <p>Conditionnement / emballages UCD (Unité de Commande) :1 boîte de 30 unités CDT (Multiple de l'UCD) :1 boîte de 30 unités QML (Quantité minimale de livraison) :1 boîte de 30 unités</p>					Référence	Taille	Diamètre (mm)	Longueur max (mm)	Longueur de l'adhésif (mm)	33301	small	25	80	40	33302	medium	29	80	40	33303	intermédiaire	32	80	40	33304	large	36	80	40	33305	X-large	41	80	40
Référence	Taille	Diamètre (mm)	Longueur max (mm)	Longueur de l'adhésif (mm)																															
33301	small	25	80	40																															
33302	medium	29	80	40																															
33303	intermédiaire	32	80	40																															
33304	large	36	80	40																															
33305	X-large	41	80	40																															
2.8	<p>Composition du dispositif et Accessoires :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ELEMENT</th> <th>MATERIAUX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etui pénien</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> - Silicone - adhésif acrylique - polymère acrylique </td> </tr> </tbody> </table> <p>Substances actives : NA</p> <p>Pour les composants susceptibles d'entrer en contact avec le patient et/ou les produits administrés, précisions complémentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Absence de latex ✓ Absence de phtalates (DHP) ✓ Absence de produit d'origine animale ou biologique (nature, ...) <p>Toutes mentions jugées utiles pour les précautions d'utilisation</p>					ELEMENT	MATERIAUX	Etui pénien	<ul style="list-style-type: none"> - Silicone - adhésif acrylique - polymère acrylique 																										
ELEMENT	MATERIAUX																																		
Etui pénien	<ul style="list-style-type: none"> - Silicone - adhésif acrylique - polymère acrylique 																																		



Dossier d'information Europharmat

DISPOSITIF MEDICAL

	<p><u>Dispositifs et accessoires associés à lister.</u> (en cas de consommables captifs notamment) : cf. notice d'utilisation</p>
2.9	<p><u>Domaine - Indications :</u></p> <p>Domaine d'utilisation : Urologie Indications : voir paragraphe 2.7</p>

3. Procédé de stérilisation :	
	<p><u>DM stérile</u> : NON</p> <p><u>Mode de stérilisation du dispositif</u> : N/A</p> <p>Préciser les modes de stérilisation de chaque composant, s'il y a lieu. N/A</p>

4. Conditions de conservation et de stockage	
	<p><u>Conditions normales de conservation & de stockage</u> : NA</p> <p><u>Précautions particulières</u> : NA</p> <p><u>Durée de la validité du produit</u> : 5 ans</p> <p><u>Présence d'indicateurs de température s'il y a lieu</u> : NA</p>

5. Sécurité d'utilisation	
5.1	<u>Sécurité technique</u> : NA
5.2	<u>Sécurité biologique (s'il y a lieu)</u> : NA

6. Conseils d'utilisation	
6.1	<p>Mode d'emploi</p> <p>INSTRUCTIONS : APPLICATION</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nettoyer le pénis avec du savon doux et de l'eau. Essuyer soigneusement. 2) Couper les poils pubiens si nécessaire. 3) Dérouler le cathéter auto-adhésif sur le pénis. 4) Presser avec précaution le cathéter, afin qu'il puisse bien adhérer à la peau.

Dossier d'information Europharmat

DISPOSITIF MEDICAL

	<p>IMPORTANT: une usure prématurée du dispositif peut survenir si l'adhésif n'adhère pas parfaitement à la peau.</p> <p>5) Raccorder le cathéter à un dispositif d'évacuation</p> <p>INSTRUCTIONS : RETRAIT Déroulez doucement le cathéter pour l'enlever du pénis. Remarque: Si nécessaire, appliquer une compresse humide tiède (telle qu'un gant de toilette mouillé) autour de l'étui pour ramollir l'adhésif.</p>
6.2	Indications : (destination marquage CE) voir paragraphe 2.7
6.3	<p>Précautions d'emploi : Ne pas utiliser en cas de réaction allergique. Pour une bonne hygiène, changer quotidiennement de cathéter. L'utilisation de ce dispositif pendant des périodes supérieures à 24 heures peut augmenter les risques de complications.</p>
6.4	Contre- Indications : Ne pas utiliser en cas de plaie ou d'irritation cutanée.

7. Informations complémentaires sur le produit	
	<u>Bibliographie, rapport d'essais cliniques, ou d'études pharmaco-économiques, amélioration du service rendu : recommandations particulières d'utilisation (restrictions de prise en charge, plateau technique, qualification de l'opérateur, etc) ... : NA</u>

8. Liste des annexes au dossier (s'il y a lieu)	
	<ul style="list-style-type: none"> - Etiquetage - Notice d'utilisation - Documents de marquage CE - Système de management de la qualité ISO 13485

9. IMAGES (S'IL Y A LIEU)	
	